

1-. CRITERIS AUTOMÀTICS		Puntuació màx.
1.1-. OFERTA ECONÒMICA	Criteri valoració	48 punts
$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{M} \right) \right] \times P$	P _v = Puntuació de l'oferta a Valorar O _v = Oferta a Valorar O _m = Oferta Millor IL = Import de Licitació M = Factor de modulació (M = 2) P = Punts criteri econòmic (P = 48)	48
TOTAL OFERTA ECONÒMICA		48 punts

2-. ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS		Puntuació màx.
2.1-. Prestacions tècniques i funcionals	Criteri valoració	10 punts
Nombre de possibles connexions de motors	3 o més connexions de motors - 5 Punts 2 connexions de motors - 2,5 Punts 1 connexions de motors - 0 Punts	5
Possibilitat de més d'un motor funcionant simultàniament	SI - 3 Punts NO - 0 Punts	3
Pedal desmuntable per a facilitar la neteja	SI - 2 Punts NO - 0 Punts	2
TOTAL ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS		10 punts
TOTAL CRITERIS AUTOMÀTICS		58 punts

3-. CRITERIS SUBJECTIUS		Puntuació màx.
3.1-. Característiques generals		42 punts
Disseny i característiques tècniques. Es valorarà que el disseny i les característiques tècniques (materials, forma, mides, ...) de l'equip i accessoris representin millores significatives en relació als criteris mínims sol·licitats i que estiguin degudament justificades mitjançant la documentació presentada.		7
Funcionalitat i facilitat d'ús de l'equip i els seus components/accessoris. Descripció del sistema de funcionament de l'equip, procediment i eficiència en l'ús durant l'activitat assistencial. Es valoraran les funcionalitats descrites que responguin millor als requeriments quirúrgics i necessitats del Servei de Cirurgia.		7
Disseny de pantalla intuïtiu. Mitjançant la documentació aportada es valorarà la disposició dels paràmetres i dades a la pantalla, la presentació del menú i resta de funcionalitats integrades en el dispositiu de manera que la interacció per l'usuari sigui senzilla, directa i entenedora.		6
Versatilitat de funcions i ús del pedal d'acord als procediments i funcions necessàries de l'equip.		6
Detall dels mecanismes de seguretat de l'equip i del seu funcionament, valorant-se aquells que minimitzin riscos i garanteixin la seguretat del pacient i de l'usuari.		6
Ergonomia. Descripció de la disposició de l'equip, maniobrabilitat i desplaçament d'acord a les necessitats assistencials valorant-se aquella proposta d'equip i accessoris més ergonòmica i que tingui en consideració la salut laboral de l'usuari de l'equip.		5
Descripció del protocol de neteja de l'equip i accessoris: es valorarà el detall en l'explicació dels procediments a seguir i així com les diferents categories de requeriments per optimitzar el procés de neteja i desinfecció.		5
TOTAL ALTRES CRITERIS SUBJECTIUS		42 punts