



fundació
sant hospital
la seu d'urgell

Expedient FSHSU 1/17

Contractació del subministrament de reactius, material fungible i cessió dels equips analitzadors necessaris destinats al Servei de Laboratori de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida), per a les determinacions de Bioquímica Clínica (inclòs urianàlisi amb tira reactiva), Hematologia (hematimetria) i Immunologia.

Resolució d'esmena d'errors tipogràfics

Atès que en data 6 de maig de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i en data 11 de maig de 2017 al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'anunci de licitació de l'expedient de contractació del subministrament de reactius, material fungible i cessió dels equips analitzadors necessaris destinats al Servei de Laboratori de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida), per a les determinacions de Bioquímica Clínica (inclòs urianàlisi amb tira reactiva), Hematologia (hematimetria) i Immunologia que consten en l'Annex 1.

Havent-se detectat un error tipogràfic en uns requeriments tècnics específics establerts a l'apartat 2) del Plec de Prescripcions Tècniques referents a la velocitat mínima dels equips de Bioquímica Clínica, al haver-se apreciat una contradicció amb el criteri número 8 dels criteris d'adjudicació susceptibles de judici de valor que consten en el quadre de característiques;

A fi i efecte que els licitadors interessats puguin tenir coneixement de l'esmentada informació per poder formular les seves proposicions;


A l'empara de la facultat d'esmena dels errors materials regulada a l'article 109, 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques Comú;

RESOLC:

Primer.- Esmenar l'error en els requeriments tècnics específics establerts a l'apartat 2) del Plec de Prescripcions Tècniques referent a la velocitat mínima dels equips de Bioquímica Clínica, suprimint el següent requeriment:

- Rendiment mínim d l'equip de rutina de bioquímica: Mínim a 1200 test/hora amb ISE
- Rendiment mínim de l'equip d'urgències de bioquímica: Mínim 1200 test/hora amb ISE

Segon.- Publicar aquesta resolució d'esmena d'error a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.


Sr. Francesc Guerra Mestre
Gerent de la
Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell, 23 de maig de 2017