

# INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ RELATIU A L'ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT SANITARI DE DRENATGE I TRANSFUSIÓ ALS CENTRES ADHERITS EN AQUEST ACORD MARC

## ACORD MARC -CSC E 9/15-

CRITERIS SUBJECTIUS I AVALUABLES MITJANÇANT L'EMISSIÓ D'UN  
JUDICI DE VALOR I/O APRECIACIÓ TÈCNICA

Tècnics avaluadors:

Sra. Anna Figuera _____	HSJR
Sra. Esther Cerrillo _____	HSJR
Sra. Rosa Gil _____	HSJR
Sra. Laura Pepió _____	T. SALUT
Sr. Martí Martínez _____	CMQ
Sra. Núria Agramunt _____	GECOHS
Sr. Ramon March _____	HCA
Sr. Raül Gisbert _____	GESAT
Sra. Eva Mur _____	FASS

DESEMBRE 2017

[Escribir texto]

**ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT SANITARI DE DRENATGE I TRANSFUSIÓ  
(EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ - CSC E 9/15 -)**

---

1.OBJECTE .....	3
2.EMPRESES PRESENTADES A VALORACIÓ .....	4
3.VALORACIÓ DELS LOTS .....	4-5
4.CRITERIS DE VALORACIÓ .....	6
5.VALORACIÓ .....	7
6.AVALUACIONS .....	8-9-10
7.QUADRE RESUM AVALUACIONS .....	11

[Escribir texto]

**ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT SANITARI DE DRENATGE I TRANSFUSIÓ (EXP CONTRACTACIÓ - CSC E 9/15- )**

---


**OBJECTE:**

En relació a l'**Acord Marc del subministrament sanitari de drenatge i transfusió** amb núm. d'expedient - CSC E 9/15 - es sol·licita la valoració, puntuació i justificació dels criteris de valoració establert al Quadre de Característiques per a la posterior adjudicació dels contractes derivats de l'acord Marc del present subministrament sanitari.

El present informe tècnic es realitza un cop oberts els sobres tècnics de millora d'ofertes presentats per les empreses interessades a participar en el present procediment i en conjunt per part de tots els Centres Sanitaris del Grup Sagessa destinataris d'aquesta proposta.

Centres adherits en aquest Acord Marc:

- Centre MQ Reus, SA (CMQ)
- Tortosa Salut, SL Unipersonal (T. SALUT)
- Hospital Comarcal d'Amposta, SAM (HCA)
- Gestió Comarcal Hospitalària, SA (Hospital Comarcal de Móra d'Ebre) (GECOHSA)
- Hospital Sant Joan de Reus, SAM (HSJR)



Página 3 de 11

[Escribir texto]

### EMPRESAS PRESENTADAS A VALORACIÓ:


Els licitadors als què es fa referència en el present informe, en relació a les ofertes presentades pels diferents lots són els següents:

1	IZASA HOSPITAL, S,L,U.
2	MEDTRONIC IBÉRICA ,S,A.
3	VECMEDICAL SPAIN, S,L.
4	LELEMAN
5	IBERHOSPITEX, S,A.
6	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS ,S.L.
7	TELEFLEX MEDICAL, S,A,U.
8	PRIM, S,A.
9	BRAUN MEDICAL, S,A.
10	COLOPLAST PRODUCTOS MÉDICOS , S,A.

### VALORACIÓ DELS LOTS:

- LOT 3: Drenatge tipus penrose silicona
- LOT 5: Drenatge biliar tipus Kher
- LOT 6: Drenatge pleural
- LOT 7: Drenatge toràcic
- LOT 8: Vàlvula aspiració
- LOT 9: Redon
- LOT 14: Bosses col·lectores aspiració circuit tancat
- LOT 17: Altres productes

- ✓ S'admeten per valoració totes les opcions presentades.
- ✓ Les propostes no s'han de presentar a lots sencers.
- ✓ S'admeten propostes que no compareguin a tots els productes del lot.
- ✓ Les propostes es podran presentar a diferents lots.




[Escribir texto]

**Renúncia expressa dels següents laboratoris:**

**MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.:** Segons Resolució del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya de data 20 de març del 2017 del següent producte:

- Codi CSC: 402030101
- Descripció producte: Drenatge penrose làtex 6mm
- Marca / Preferència: ARGYLE // 8888513002
- Preu adjudicat: 0,40419 € sense IVA.
- Codi CSC: 402030102
- Descripció producte: Drenatge penrose làtex 10 mm
- Marca / Preferència: ARGYLE // 8888513408
- Preu adjudicat: 0,40455 € sense IVA.
- Codi CSC: 402030103
- Descripció producte: Drenatge penrose làtex 13 mm
- Marca / Preferència: ARGYLE // 8888513606
- Preu adjudicat: 0,40419 € sense IVA.
- Codi CSC: 402030104
- Descripció producte: Drenatge penrose làtex 16 mm
- Marca / Preferència: ARGYLE // 8888513804
- Preu adjudicat: 0,40455 € sense IVA.
- Codi CSC: 402030105
- Descripció producte: Drenatge penrose làtex 19 mm
- Marca / Preferència: ARGYLE // 8888514000
- Preu adjudicat: 0,40455 € sense IVA.
- Codi CSC: 402030106
- Descripció producte: Drenatge penrose làtex 25 mm
- Marca / Preferència: ARGYLE // 8888514406
- Preu adjudicat: 0,40455 € sense IVA.
- Codi CSC: 402030101-11
- Descripció producte: Drenatge penrose làtex 8 mm
- Marca / Preferència: ARGYLE // 8888513200
- Preu adjudicat: 0,40455 € sense IVA.

HOSPIFERSERUMESPA, S,R,L.: de tots els productes dels qual havia presentat oferta.



Página 5 de 11

[Escribir texto]

**CRITERIS DE VALORACIÓ:**

**Criteri d'adjudicació a valorar en els procediments corresponents als contractes derivats:**  
..... 49 punts

Criteri avaluable de forma automàtica que es concreta de la següent manera:

✓ **Millores .....es valorarà com a màxim de 9 punts**

- Millora tècnica
- Millores en formació
- Cessió d'equips o recursos

✓ **Composició del material i performance..... es valorarà com a màxim de 10 punts**

*Es valorarà les característiques i qualitat del material.*

✓ **Adaptació a les necessitats i protocols del centre .....es valorarà com a màxim de 20 punts**

✓ **Oferta econòmica .....es valorarà com a màxim de 10 punts**

El criteri d'adjudicació relatiu a l'oferta econòmica no s'entra a valorar en el conjunt d'aquest informe tècnic.



Página 6 de 11

[Escribir texto]

## VALORACIÓ

Es realitza la valoració d'acord als criteris indicats en l'apartat número 20 del quadre de característiques específiques del concurs objecte del present informe.

Per la valoració de les ofertes de les empreses licitadores del present concurs, s'ha tingut en compte, la documentació aportada per cada empresa i es conclou que totes han presentat les mostres, tant en quantitat com en termini, de manera correcta.

Empreses excloses: Cap.



Una vegada rebudes les mostres corresponents per part de les empreses proveïdores es validen i es fa el checking a cada centre del grup, del número de mostres rebudes de cada empresa.

Es segueix el mateix procediment d'avaluació a cada centre seguint els criteris avaluables d'aquesta licitació quan a qualitat del material i performance, adaptació a les necessitats i protocols dels nostres centres i millores tècniques i/o formació.

A part, es consulta la informació recollida a fitxes tècniques de les empreses que han manifestat la seva voluntat de participar en el procediment per la seva valoració en quan a formació i millores tècniques.

Totes les puntuacions obtingudes a cada centre per cada lot i producte es posen en comú en una reunió del Comitè d'Homologació i en resulta una graella resum de les puntuacions obtingudes a cada centre.

Aquest informe tècnic final representa a tots els Centres del Grup Sagessa adherits en aquest expedient de contractació.



[Escribir texto]

Tot seguit es passa a valorar i a justificar cadascun de les propostes presentades pels diferents licitadors.

Avaluacions raonades :

### LOT 3 Drenatge tipus penrose silicona

❖ En drenatge penrose silicona 6,10,12mm 402030110/ 402030112/ 402030113

- PRIM, S.A.: a la documentació aportada no queda implícita la formació tot i que expressa que s'adaptarà a les necessitats dels centres.

### LOT 5 Drenatge biliar tipus kher

❖ En drenatge tipus kher en T silicona 402030401/ 402030402/ 402030403

- COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS S.A.: els extrems distals no estan perforats
- PRIM S.A. : a la documentació aportada no queda implícita la formació tot i que expressa que s'adaptarà a les necessitats dels centres.

### LOT 6 Drenatge pleural

❖ En sistema de drenatge toràcic sec amb 3 càmeres 402020104

- IZASA HOSPITAL, SLU: no s'adapta del tot a les nostres necessitats i protocols.
- MEDTRONIC IBÉRICA , S.A.: no inclou aigua destil·lada, l'indicador d'aspiració és poc clar, molt sorollós dificultant el descans del pacient i no consta en la documentació si ofereixen formació. v
- TELEFLEX MEDICAL , SAU: no s'adapta del tot a les nostres necessitats i protocols . No especifica a la documentació si faran formació, només que s'adaptaran a les necessitats dels centres, sense concretar.

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha

[Escribir texto]

cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

#### LOT 7 Drenatge toràctic

❖ En trocar toràctic + catèter : 101070101/ 101070104 /101070105 /101070106 /101070107

➤ MEDTRONIC IBÉRICA S.A.: a la documentació aportada no consta el compromís de formació.

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

❖ En equip drenatge toràctic amb catèter tipus pleurocath seldinger : 101070115

➤ MEDTRONIC IBÉRICA S.A.: a la documentació aportada no consta el compromís de formació.

➤ LELEMAN : a la documentació aportada no consta el compromís de formació.

❖ En trocar toràctic amb catèter tipus pleurocath: 101070109

➤ MEDTRONIC IBÉRICA S.A.: a la documentació aportada no consta el compromís de formació. Dificultat de manipulació amb la connexió a la clau i la retirada del tap blau és molt costosa.

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

#### LOT 8 Vàlvula aspiració

❖ En vàlvula aspiració tipus Heimlich luerlock : 105050202

➤ IZASA HOSPUTAL, S,L,U, : no consta ni a la fitxa ni a l'embalatge el contingut de làtex. La vàlvula sembla d'aparença fràgil.

➤ VYGON S,A,U,: s'han detectat fugues quan s'adapta la clau de tres passos .És massa gran.

[Escribir texto]

#### LOT 9 Redon

❖ En contenidor redon 200 ML: 106020107

- IBERHOSPITEX , S, A : tot i tenint presentacions de més de 200 ML , només han enviat mostres de 200 ML , capacitat que per als nostres centres és insuficient i poques vegades s'utilitza.

❖ En aquella de redon CH10: 106020102

- IZASA HOSPITAL , S,L,U. : no es pot fer la valoració del producte perquè el proveïdor no presenta mostra ni fitxa tècnica del mateix.

#### LOT 14 Bosses col·lectores aspiració circuit tancat

❖ En bossa col·lectora aspiració a/f i s/f : 402010101 02010102

- PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS, S,L  
➤ MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA , S,L,U

S'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

#### LOT 17 Altres productes

❖ En catèter drenatge toràcic pvc colzat: 402020420 / 402020424 / 402020428

- IZASA HOSPITAL S,L,U. : són difícils d'adaptar als sistemes de drenatge i a les connexions.

❖ En catèter drenatge toràcic pvc recte : 402020400 / 402020404 / 402020408

- IZASA HOSPITAL S,L,U. : són difícils d'adaptar als sistemes de drenatge i a les connexions.

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables

[Escribir texto]

per comentar.

Resultats de la valoració tècnica de mostres, de la experiència de l' utilització d'aquest tipus de material i de les avaluacions de fitxes d'algun d'aquests materials feta per el comitè d'avaluació del Centre, pendent d'analitzar la part econòmica de totes les ofertes presentades, es vol destacar que totes les empreses compleixen amb els requeriments tècnics mínims demanats.

### **QUADRE RESUM AVALUACIONS**

S'adjunta al present informe una graella resum de les puntuacions obtingudes a cadascun dels centres.

(En el cas d'obtenir 0 a la puntuació en tots els criteris avaluats en algun producte es deu a la manca de producte i de fitxa tècnica.)

Página 11 de 11

















