

# INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ RELATIU A L'ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT SANITARI D' AGULLES I LLANCETES ALS CENTRES ADHERITS EN AQUEST ACORD MARC

## ACORD MARC -CSC E 3/15-

CRITERIS SUBJECTIUS I AVALUABLES MITJANÇANT L'EMISSIÓ D'UN  
INDICI DE VALOR I/O APRECIACIÓ TÈCNICA

Tècnics avaluadors:

Sra. Anna Figuera _____	HSJR
Sra. Esther Cerrillo _____	HSJR
Sra. Rosa Gil _____	HSJR
Sra. Laura Pepió _____	T. SALUT
Sr. Martí Martínez _____	CMQ
Sra. Núria Agramunt _____	GECOHTSA
Sr. Ramon March _____	HCA
Sr. Raül Gisbert _____	GESAT
Sra. Eva Mur _____	FASS

DESEMBRE 2017

ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT SANITARI D'AGULLES I LLANCETES  
(EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ - CSC E 3/15)

---

1. OBJECTE .....	3
2. EMPRESES PRESENTADES A VALORACIÓ .....	4
3. VALORACIÓ DELS LOTS .....	5
4. CRITERIS DE VALORACIÓ .....	6
5. VALORACIÓ .....	7
6. AVALUACIONS .....	8-13
7. QUADRE RESUM AVALUACIONS .....	14

**ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT SANITARI D'AGULLES I LLANCETES (EXP  
CONTRACTACIÓ - CSC E 3/15- )**

---

**OBJECTE:**

En relació a l'Acord Marc del subministrament sanitari d'agulles i llancetes amb núm. d'expedient - CSC E 3/15 - es sol·licita la valoració, puntuació i justificació dels criteris de valoració establert al Quadre de Característiques per a la posterior adjudicació dels contractes derivats de l'acord Marc del present subministrament sanitari.

El present informe tècnic es realitza un cop oberts els sobres tècnics de millora d'ofertes presentats per les empreses interessades a participar en el present procediment i en conjunt per part de tots els Centres Sanitaris del Grup Sagessa destinataris d'aquesta proposta.

Centres adherits en aquest Acord Marc:

- Fundació Sagessa-Salut (FASS)
- Centre MQ Reus, SA (CMQ)
- Tortosa Salut, SL Unipersonal (T. SALUT)
- Hospital Comarcal d'Amposta, SAM (HCA)
- Gestió Comarcal Hospitalària, SA (Hospital Comarcal de Móra d'Ebre) (GECOHTSA)
- Hospital Sant Joan de Reus, SAM (HSJR)
- Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (Hospital de la Santa Creu de Jesús de Tortosa) (GESAT)




The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'Almira'. Below it, there is a circular stamp or seal with some illegible text inside. To the left of this, there are several other signatures, some of which are more compact and less legible. The overall appearance is that of a formal document with multiple signatories.

**EMPRESAS PRESENTADES A VALORACIÓ:**

Els licitadors als què es fa referència en el present informe, en relació a les ofertes presentades pels diferents lots són els següents:

1	B,BRAUN MEDICAL , S,A.
2	LAMBRA , S,L.
3	TRAMEDIC , S,A.
4	NACATUR 2 ESPAÑA S,L.
5	SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL
6	SANGÜESA, S,A.
7	MBA INCORPORADO S,L.
8	VYGON, S,AU.
9	BECTON DICKINSON
10	INTERSURGICAL ESPAÑA, S,L.
11	TELEFLEX MEDICAL , S,AU.
12	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S,A.
13	IZASA HOSPITAL ,S,L,U.
14	MEDTRONIC IBERICA,S,A.
15	MONLAB,SL
16	MENARINI DIAGNOSTICOS , S,A.
17	TECNICAS MEDICAS DE NAVARRA,S,A.
18	BARD DE ESPAÑA , S,A,U.
19	LELEMAN
20	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC S,A.
21	ASSUT EUROPE IBERICA ,SLU.
22	ALMEVAN S,L.
23	BIONIC IBERICA ,S,A.
24	FIRMA AMBU S,L.
25	GRIFOLS MOVACO ,S,A.
26	BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S,A.



Página 4 de 14

27	COOK ESPAÑA
28	OLYMPUS IBERIA , S,A,U.
29	HOSPIFERSERUMESPA, S,L.
30	PRIM, S,A.

**VALORACIÓ DELS LOTS:**

- LOT 1: Agulla hipodèrmica
- LOT 2: Agulla hipodèrmica seguretat
- LOT 3: Agulla càrrega
- LOT 4: Agulla hipodèrmica insulina seguretat
- LOT 5: Agulla hipodèrmica per boli o ploma d'insulina
- LOT 6: Agulla punció lumbar
- LOT 7: Agulla punta llapis
- LOT 8: Components epidural
- LOT 9: Sets anestèsia epidural
- LOT 10: Agulla arpon
- LOT 11: Agulla biòpsia
- LOT 12: Agulla Chiba
- LOT 14: Agulla electromiografia
- LOT 15: Agulla per bloqueig braquial
- LOT 16: Altres agulles i equips
- LOT 17: Llancetes
- LOT 18: Punxons
- LOT 19: Fleboextractors

- ✓ S'admeten per valoració totes les opcions presentades.
- ✓ Les propostes no s'han de presentar a lots sencers.
- ✓ S'admeten propostes que no compareguin a tots els productes del lot.
- ✓ Les propostes es podran presentar a diferents lots.

**Renúncia expressa dels següents laboratoris:**



A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the explicit renunciation of various laboratories.

LAMBRA , S,L : en relació a l'oferta presentada del codi CSC 101010021 , Lot 2, « Agulla Hipodèrmica seguretat 1,2 x 38 mm. (18g 1 1/2 ") , va detectar un error tipogràfic de transcripció quant als decimals expressats (0,00516 i devia ser 0,0516).  
Al no poder assumir aquest preu i considerant que no es pot corregir l'error , renunciem a l'adjudicació del citat codi. (18 de desembre de 2017).

### CRITERIS DE VALORACIÓ:

Criteri d'adjudicació a valorar en els procediments corresponents als contractes derivats:  
..... 49 punts

Criteri avaluable de forma automàtica que es concreta de la següent manera:

#### 1. PRODUCTES SENSE SEGURETAT

- ✓ **Adaptació a les necessitats i protocols del centre** .....es valorarà com a màxim 20 punts
- ✓ **Nivell de traumatisme** .....es valorarà com a màxim 6 punts
- ✓ **Dades presents a l'embolcall i visibilitat** ..... es valorarà com a màxim 5 punts
- ✓ **Bona adaptabilitat a la mà quan s'utilitza** .....es valorarà com a màxim 2 punts
- ✓ **Fàcil identificació tipus d'agulla** ..... es valorarà com a màxim 2 punts
- ✓ **Fàcil obertura embolcall i resistència** ..... es valorarà com a màxim 2 punts
- ✓ **Facilitat lectura dades impresos embolcall** ..... es valorarà com a màxim 2 punts

#### 2. PRODUCTES AMB SEGURETAT

- **Adaptació a les necessitats i protocols del centre** .....es valorarà com a màxim 20 punts
- **Facilitat activació sistema de seguretat** .....es valorarà com a màxim 6 punts
- **Bona visualització del bisell durant la utilització** .....es valorarà com a màxim 5 punts
- **Dades presents a l'embolcall i visibilitat** ..... es valorarà com a màxim 2 punts
- **Fàcil obertura embolcall i resistència** .....es valorarà com a màxim 2 punts
- **Fàcil identificació tipus d'agulla** ..... es valorarà com a màxim 2 punts



### 3. LLANCETES

- **Adaptació a les necessitats i protocols del centre** .....es valorarà com a màxim 24 punts
- **Nivell de traumatisme** .....es valorarà com a màxim 10 punts
- **Bona adaptabilitat a la mà quan s'utilitza** .....es valorarà com a màxim 5 punts
- **Facilitat i comoditat preparació sistema** .....es valorarà com a màxim 2 punts
  
- **Oferta econòmica**.....es valorarà com a màxim 10 punts

El criteri d'adjudicació relatiu a l'oferta econòmica no s'entra a valorar en el conjunt d'aquest informe tècnic.

### VALORACIÓ

Es realitza la valoració d'acord als criteris indicats en l'apartat número 20 del quadre de característiques específiques del concurs objecte del present informe.

Per la valoració de les ofertes de les empreses licitadores del present concurs, s'ha tingut en compte, la documentació aportada per cada empresa i es conclou que totes han presentat les mostres, tant en quantitat com en termini, de manera correcta.


Empreses excloses: NIPRO EUROPE SUCURSAL EN ESPAÑA

Una vegada rebudes les mostres corresponents per part de les empreses proveïdores es validen i es fa el checking a cada centre del grup, del número de mostres rebudes de cada empresa.

Es segueix el mateix procediment d'avaluació a cada centre seguint els criteris avaluable d'aquesta licitació quan a qualitat del material i performance i adaptació a les necessitats i protocols dels nostres centres .

A part, es consulta la informació recollida a fitxes tècniques de les empreses que han manifestat la seva voluntat de participar en el procediment per la seva valoració en quan a formació i millores tècniques.

Totes les puntuacions obtingudes a cada centre per cada lot i producte es posen en comú en una reunió del Comitè d'Homologació i en resulta una graella resum de les puntuacions obtingudes a cada centre.



Aquest informe tècnic final representa a tots els Centres del Grup Sagessa adherits en aquest expedient de contractació.

Tot seguit es passa a valorar i a justificar cadascun de les propostes presentades pels diferents licitadors.

Avaluacions raonades :

#### LOT 1 Agulla hipodèrmica

❖ En agulla hipodèrmica 21G,23G,25G,30G: 101010108/ 101010112/ 101010113/ 101010119

- LAMBRA , S,L.: la visibilitat de les dades de l'embolcall no és adequada dificultant bastant la seva lectura. No consta el contingut de làtex.

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, són empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

#### LOT 2 Agulla hipodèrmica seguretat

❖ En agulla hipodèrmica 20G,21G,23G,25G: 101010024/ 101010028/ 101010032/ 101010033

- MEDTRONIC IBERICA, S,A: no consta el contingut de làtex a l'embolcall.
- NACATUR 2 ESPAÑA S,L: l'orientació del bisell és aleatori respecte al sistema de seguretat. El sistema de seguretat és molt gran , queda del costat del pacient dificultant la tècnica. Genera més residus . El color de mecanisme varia en funció del calibre.
- LAMBRA , S,L: el mecanisme de seguretat presenta alguna dificultat en l'activació al ser massa gran. Genera més residus. L'orientació del bisell és aleatori respecte al sistema de seguretat . Dificultat en la lectura de les dades de l'embolcall , lletra molt petita.
- BRAUN MEDICAL, S,A: el mecanisme de seguretat és del mateix color per a tots els





calibres , la qual cosa no facilita tant la identificació del mateix.

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

### LOT 3 Agulla càrrega

❖ En agulla càrrega punta roma 18G : 101010041

- SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL: el bisellat de l'agulla dificulta la perforació dels vials., amb el consegüent risc de despreniment de partícules .
- TRAMEDIC, S,A: el bisellat de l'agulla dificulta la perforació dels vials amb el consegüent risc de despreniment de partícules .

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

### LOT 4 Agulla hipodèrmica insulina seguretat 101010211

Les empresa presentada s'ha valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, empresa que compleix els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

### LOT 5 Agulla hipodèrmica per boli o ploma d'insulina

❖ En agulla hipodèrmica 30G.: 101010051: aquest producte no es consumeix als nostres centres, motiu pel qual no s'ha fet la valoració del mateix.

❖ En agulla hipodèrmica 29G.31G.: 101010050 /101010052 / 101010053

- IZASA HOSPITAL ,S,L.: l'agulla provoca molèsties i dolor en la punxada. En algun cas l'agulla ha sortir doblegada abans de fer ús. En la injecció de la insulina es nota resistència .
- MENARINI DIAGNÓSTICOS , S,A: l'agulla provoca molèsties i dolor en la punxada. En algun cas l'agulla ha sortir doblegada abans de fer ús.



Página 9 de 14

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

### LOT 6 Agulla punció lumbar

Les empreses presentades s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, són empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

### LOT 7 Agulla punta llapis

❖ En agulla 25Gx90mm,25Gx103-120mm,27Gx90mm: 106010103 /106010104 /106010107

- TÉCNICAS MEDICAS DE NAVARRA, S,A: no s'adapten del tot als nostres protocols i el nivell de traumatisme no és l'òptim.
- MBA INCORPORADO S,L: l'empunyadura de les agulles és una mica aparatosa per a la seva mida , cosa que dificulta l'adaptabilitat a la mà.
- SMITHS MEDICAL ESPAÑA SRL: tenen un introductor amb un capçal rodó que dificulta la seva inserció.
- VYGON S,A,U: les agulles del 25G i 27G de 90mm tenen un introductor per a l'agulla transparent fàcil d'utilitzar menys la de 25G x 120mm.

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

### LOT 8 Components epidural

❖ En agulla epidural 18G x90mm: 106020101

- TÉCNICAS MÉDICAS DE NAVARRA , S,A: mala coaptació entre l' agulla i la xeringa, pèrdua de resistència freqüent.
- VYGON S,A,U: no s'adapta als nostres protocols , nivell de traumatisme no és el desitjat. L'adaptabilitat a la mà no és òptima.
- TELEFLEX MEDICAL, S,A,U: no s'adapta als nostres protocols, nivell de traumatisme no és el desitjat. L'adaptabilitat a la mà no és adequada.

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

❖ En catèter epidural 18G : 106020201

➤ VYGON S,A,U: és molt rígid, amb les xeringues de baixa resistència és perd la resistència amb facilitat.

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

❖ En xeringa baixa pressió 10 cc : 106020401

- TÈCNICAS MÉDICAS DE NAVARRA, S,A: la xeringa perd la resistència freqüentment.
- VYGON S,A,U: la xeringa perd la resistència freqüentment.

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

**LOT 9 Sets anestèsia epidural 106020503**

- MBA INCORPORADO S,L: el catèter epidural del kit és molt rígid, amb possibilitat de trencar la «duramadre» amb ell.
- TELEFLEX MEDICAL, S,A,U: el catèter és massa rígid, l'aleta per a la subjecció de l'agulla mentre es realitza la tècnica és una mica curta.
- VYGON, S,A,U: l'agulla del kit és molt fina (19G).

La empresa restant (no mencionada anteriorment) també s'ha valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, empresa que compleix els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

**LOT 10 Agulla arpon**

❖ En agulla arpon 20G 10 cm: 101030102

- BARD DE ESPAÑA , S,A,U: no s'ha disposat de mostra , només de fitxa tècnica motiu pel qual no s'ha valorat, ja que creiem que és un producte suficientment important com per valorar-lo només amb la fitxa.
- LELEMAN: no s'adapta als protocols i necessitats dels nostres centres.
- MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S,A: arpon poc visible , mala fixació.

**LOT 11 Agulla biòpsia**

❖ En agulla de biòpsia moll d'os 8G x 10cm : 101030405

- ASSUT EUROPE IBERICA , S,L,U: costa una mica identificar el tipus d'agulla . A l'embolcall no consta el contingut de làtex.
- IZASA HOSPITAL , S,L,U: molt traumàtica, poc ergonòmica.
- MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S,A: no consta el contingut de làtex a l'embolcall.



La empresa restant (no mencionada anteriorment) també s'ha valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, empresa que compleix els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

- ❖ En agulla de biòpsia moll d'os 9G x 15cm : 101030408
  - MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S,A: no consta el contingut de làtex a l'embolcall.

La empresa restant (no mencionada anteriorment) també s'ha valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, empresa que compleix els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

- ❖ En agulla de biòpsia moll d'os 15G : 101030409
  - MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S,A: no consta el contingut de làtex a l'embolcall. No s'adapta als protocols i necessitats dels nostres centres.

- ❖ En agulla de biòpsia a/espaiador 14G,16G,18G : 101040200/101040203/101040204  
101040202-1/101040202-2/101040203-1
  - ASSUT EUROPE IBERICA , S,L,U: mostra fragmentada, poc visible l'agulla per ecografia. A l'embolcall no consta el contingut de làtex.
  - MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S,A: no consta el contingut de làtex a l'embolcall. Mostra fragmentada, agulla poc ecogènica.

La empresa restant (no mencionada anteriorment) també s'ha valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, empresa que compleix els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

#### **LOT 12 Agulla Chiba**

- ❖ En agulla Chiba 22Gx15 cm, 22Gx 20cm: 101030504/ 101030507
  - IZASA HOSPITAL , S,L,U: agulla poc visible per ecografia.. No consta el contingut de làtex a l'embolcall.

La empresa restant (no mencionada anteriorment) també s'ha valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, empresa que compleix els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

#### **LOT 14 Agulla electromiografia**

- ❖ En agulla electromiografia 0,45x38mm,0,45x50mm: 101060102 / 101060104
  - BIONIC IBERICA , S,A: provoquen més dolor del desitjat tractant-se d'una exploració llarga que requereix diverses punxades i recol·locacions.

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha

cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

#### **LOT 15 Agulla per bloqueig braquial 106040102 /106040103**

- TÈCNICAS MEDICAS DE NAVARRA,S,A: les agulles no es visualitzen amb facilitat per ecografia , no s'adapten als nostres protocols de centre.
- VYGON S,A,U: les agulles no es visualitzen adequadament per ecografia .

Les empreses restants (no mencionades anteriorment) també s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, son empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

#### **LOT 16 Altres agulles i equips**

##### ❖ En agulla d'esclerosis per endoscòpia : 106010502

Les empreses presentades s'han valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, són empreses que compleixen els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

##### ❖ En equip paracentesis amb bossa: 0106010602-1

- HOSPIFERSERUMESPA, S,L: no consta el contingut de làtex a l'embolcall. No s'adapta del tot als nostres protocols i necessitats ja que el kit no conté tots els elements que fem servir per aquesta tècnica.

La empresa restant (no mencionada anteriorment) també s'ha valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, empresa que compleix els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

#### **LOT 17 Llancetes**


##### ❖ En agulla punció digital unitaria automàtica seguretat adult/neonatal : 104040105/104040107

- BRAUN MEDICAL S,A: poc ergonòmica, el nivell de traumatisme no és òptim.

La empresa restant (no mencionada anteriorment) també s'ha valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, empresa que compleix els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

#### **LOT 18 Punxons**

##### ❖ En punxó 2 vies reconstitució citostàtics: 105040108



- INTERSURGICAL ESPAÑA S,L: punxó una mica curt , fet que dificulta la retirada del volum en vials grans. El punxó ,al perforar el cautxú ,el va trencar introduint el bocí dins el vial. La vàlvula no impedeix que al desconnectar la xeringa resti una gota en l'exterior de la mateixa amb el risc que això comporta d'exposició als citostàtics.
- BRAUM MEDICAL, S,A: la vàlvula no impedeix que al desconnectar la xeringa resti una gota en l'exterior de la mateixa amb el risc que això comporta d'exposició als citostàtics.

### LOT 19 Fleboextractors

Les empresa presentada s'ha valorat i puntuat però no s'ha cregut convenient fer cap comentari ni consideració expressa, empresa que compleix els requisits tècnics exigits i segons els membres de la taula avaluadora no hi han fets destacables per comentar.

**El comitè avaluador ha estimat que aquells articles dels quals no s'ha rebut mostra , no s'han valorat perquè es considera que són productes el suficientment crítics com per poder fer una valoració adequada només amb la informació que proporciona la fitxa tècnica.**

Resultats de la valoració tècnica de mostres, de la experiència de l' utilització d'aquest tipus de material i de les avaluacions de fitxes d'algun d'aquests materials feta pel comitè d'avaluació del Centre, pendent d'analitzar la part econòmica de totes les ofertes presentades, es vol destacar que totes les empreses compleixen amb els requeriments tècnics mínims demanats.

### QUADRE RESUM AVALUACIONS

S'adjunta al present informe una graella resum de les puntuacions obtingudes a cadascun dels centres.

(En el cas d'obtenir 0 a la puntuació en tots els criteris avaluats en algun producte es deu a la manca de producte i de fitxa tècnica.)

